

AREA AMMINISTRATIVA



U.O.C. Area Supporto

Acquisti e Logistica

Il Direttore Dott. Fulvio De Cicco

Via Zeppilli, 18 - Fermo

Tel.: 0734 625 2887 Fax: 0734 625 2830

e-mail: fulvio.decicco@sanita.marche.it PEC

areavasta4.asur@emarche.it

AGLI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI

Prot 0033753|17/06/2021|ASURAV4|FM PROVV|P

Oggetto: Avviso di gara per la fornitura di microinfusori per insulina + sensori monitoraggio glicemico 3-
Chiarimento 01.

- **Quesito 01:** In riferimento al sub-lotto n. 2 – sensore elettrochimico a base enzimatica si richiede di chiarire se sono ammessi anche sistemi che prevedono obbligatoriamente calibrazione ed altresì se sono ammessi sistemi contenenti lattice.
- **Risposta 01:** Non sono ammessi sensori che necessitano di calibrazione in quanto viene compromessa la compliance terapeutica. Non sono ammessi sistemi contenenti lattice in quanto può evocare reazioni allergiche.

02 CHIARIMENTO SPONTANEO:

- 1) Con riferimento al sub-lotto n. 1, si rendono le seguenti precisazioni relative alle caratteristiche tecniche:
 - ✓ MONOLITICITA' –ONE STEP (non necessità di assemblamento);
 - ✓ IMPERMEABILITA' VERA CON IPX 8 (fino a 8 metri in 24 h) garantendo infusione continua, nessuna variabilità glicemica.
 - ✓ BASALE 0
 - ✓ TRACCIAMENTO ROTAZIONE DEI SITI (mantiene la memoria degli ultimi due siti di posizionamento microinfusore) per minor rischio di lipodistrofie.
 - ✓ CATETERE AUTOMATIZZATO (automatico, morbido, obliquo).

03 CHIARIMENTO SPONTANEO

- 2) Con riferimento alla durata presunta iniziale e alle possibili opzioni, si evidenzia che nel capitolato sarà prevista una clausola di salvaguardia con facoltà per la Stazione Appaltante facoltà di risolvere anticipatamente il contratto in caso di aggiudicazione di appalto di identico oggetto, a migliori condizioni complessive, da parte di CONSIP, centrali di committenza regionali o soggetto aggregatore.

ASUR REGIONE MARCHE
AREA VASTA N. 4 – FERMO
UOC SUPPORTO ALL'AREA ACQUISTI E LOGISTICA
Il RUP

Dott.ssa Silvana Pagliari

